

# PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA

Cod. 07.2350.05

PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA nl 1 div. 1/100 cf 200 imballo 1000



## Descrizione

Pipette in polistirolo per sierologia, graduate a volume sino alla punta.

Precotonate.

Disponibili sterili in confezione singola, multipla e non sterili.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	1
Divisione (ml)	1/100
Sterile	No
Confezione (pezzi)	200
Imballo (pezzi)	1000

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE